

Pismo: DKiA/2/2021/1

O D P O W I E D Z I
na zapytania

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisów w postępowaniu prowadzonym w trybie „zapytanie ofertowe” na „**Dostawę materiałów i produktów leczniczych, sprzętu jednorazowego użytku i wyrobów medycznych**” zgodnie z wewnętrznym regulaminem do postępowań poniżej 130 000,00 zł i przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019).

Treść wspomnianych próśb jest następująca:

1. Czy Zamawiający w Zadaniu 15 Pozycja 1 dopuści gotowy do użycia płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk zawierający w 100 g: 63,7 g etanolu i 6,3 g propan-2-olu. Zawierający glicerynę. Spektrum bójcze: B (w tym MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), V (Vaccinia, HIV, HBV, HCV, SARS-Cov-2, BVDV, rota noro) - do 60 sekund. Dezynfekcja higieniczna wg. EN 1500: 2x3ml w czasie 2x15 sekund. Dezynfekcja chirurgiczna wg EN 12791: 2 x 3 ml przez 2 x 90 sekund. Produkt zarejestrowany jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny. Może być stosowany także do dezynfekcji powierzchni, w tym powierzchni wyrobów medycznych. Opakowanie 500 ml?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy „zapytania ofertowego”.

2. Czy Zamawiający w Zadaniu 15 Pozycja 2 dopuści emulsję do mycia rąk, skóry głowy, całego ciała na bazie anionowych związków powierzchniowo czynnych, amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych (betaina kokosowa) z dodatkiem gliceryny. Nie zawierająca mydła. Polecany dla personelu medycznego oraz pacjentów z odleżynami. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk, posiada badania dermatologiczne. pH 5,5 – 6,5. Opakowanie 500 ml?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy „zapytania ofertowego”.

3. Czy Zamawiający w Zadaniu 16 Pozycja 1 dopuści koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi przeznaczony do jednoczesnego mycia i dezynfekcji manualnej oraz w myjkach ultradźwiękowych. Do dezynfekcji instrumentów chirurgicznych i rotacyjnych. Aktywność roztworu roboczego 14 dni. Skład: amina, czwartorzędowe związki amonowe, enzym - proteaza, inhibitor korozji. Spektrum i czas działania: B, F, V (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV, SARS-Cov-2, Herpes simplex, wirus grypy A, B, C, Ebola, Adeno), Tbc - 0,5% w 15 min., Polio 0,5% w 30 min. Konfekcjonowany w opakowaniach o pojemności 1l z dozownikiem, przeliczony według ilości podanych przez Zamawiającego?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy „zapytania ofertowego”.

4. Czy Zamawiający w Zadaniu 16 Pozycja 2 dopuści gotowy preparat przeznaczony do jednoczesnego mycia i dezynfekcji precyzyjnych narzędzi obrotowych oraz pozostałych

inwazyjnych instrumentów medycznych. Zalecany do dezynfekcji: wiertel, frezów kostnych ze stali, twardych metali, diamentów, narzędzi ściernych i polerujących takich jak: gumki silikonowe, płytki ceramiczne oraz narzędzi do leczenia kanałowego. Zawierający inhibitor korozji chroniący instrumenty ze stali i stopów metali. Posiadający bardzo dobre właściwości myjące, również w przypadku zaschniętych pozostałości organicznych. Do stosowania poprzez zanurzenie w wannie do dezynfekcji lub w myjce ultradźwiękowej. Skład: N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-dia-mina, Poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.42-(didecylmetyloamino)ety-lo]-.omega.-hyd roksy-,propanian (sól). Spektrum i czas działania: B (w tym MRSA), F (C. albicans), Tbc (M. terrae, M. avium), V (Vaccinia, BVDV, HBV, HIV, HCV, SARS, Herpes, wirus grypy typu A, Ebola, Adeno, Polio) w 15 min. Opakowanie 1l?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy „zapytania ofertowego”.

5. Czy Zamawiający w Zadaniu 17 Pozycja 1 dopuści gotowy do użycia środek na bazie alkoholu, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni. Skład: etanol, 2-propanol. Łączna zawartość alkoholu do 70%. Bez zawartości dodatkowych substancji (aminy, QAV, aldehydu, fenolu). Polecany do dezynfekcji małych powierzchni: łóżek, foteli, aparatury medycznej, szafek, blatów oraz innych trudnodostępnych powierzchni. Zalecany do dezynfekcji mających kontakt z żywnością oraz końcówek stomatologicznych, wycisków silikonowych. Produkt posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego np. Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obiciowe. Posiadający pozytywną opinię CZD lub równoważną. Spektrum bójcze potwierdzone badaniami z obszaru medycznego: B (MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, wirus grypy, Ebola), rota, noro w czasie od 30 sekund do 1 minuty. Dostępny w dwóch wersjach zapachowych: neutral i teatonic. Produkt o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. Opakowanie 5l?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy „zapytania ofertowego”.

6. Czy Zamawiający w Zadaniu 17 Pozycja 2 dopuści gotowy do użycia środek na bazie alkoholu, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni. Skład: etanol, 2-propanol. Łączna zawartość alkoholu do 70%. Bez zawartości dodatkowych substancji (aminy, QAV, aldehydu, fenolu). Polecany do dezynfekcji małych powierzchni: łóżek, foteli, aparatury medycznej, szafek, blatów oraz innych trudnodostępnych powierzchni. Zalecany do dezynfekcji mających kontakt z żywnością oraz końcówek stomatologicznych, wycisków silikonowych. Produkt posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego np. Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obiciowe. Posiadający pozytywną opinię CZD lub równoważną. Spektrum bójcze potwierdzone badaniami z obszaru medycznego: B (MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, wirus grypy, Ebola), rota, noro w czasie od 30 sekund do 1 minuty. Dostępny w dwóch wersjach zapachowych: neutral i teatonic. Produkt o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. Opakowanie 1l ze spryskiwaczem?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy „zapytania ofertowego”.

7. Czy Zamawiający w Zadaniu 18 Pozycja 1 dopuści Gotowe do użycia chusteczki do szybkiej dezynfekcji i mycia małych powierzchni sprzętu medycznego a także przedmiotów mających kontakt z żywnością. Nie zawierające aldehydów i fenoli. Skład: propano-2-ol, etanol, aminy, chlorek didecyldimetyloamoniowy. Spektrum i czas działania: B, F, Tbc, V (HBV, HIV, HCV, wirus grypy, Vaccinia, BVDV, Herpes Simplex, Ebola, Rota) w 30 s., Adeno 1 min.) Rozmiar min. 13 x 20 cm. Chusteczki przebadane zgodnie z normą EN 16615, wymagane załączenie badań potwierdzających. Opakowanie tuba 100szt, posiadające możliwość wymiany wkładów?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy „zapytania ofertowego”.

8. Czy Zamawiający w Zadaniu 18 Pozycja 1 dopuści chusteczki do mycia i dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego, przeznaczone także do dezynfekcji powierzchni mających

kontakt z żywnością. Skład: etanol, propan-2-ol, bez zawartości dodatkowych substancji aktywnych. Zalecane do dezynfekcji sprzętu medycznego: łóżek, foteli zabiegowych, aparatury medycznej i operacyjnej oraz wszelkich powierzchni nierwaźliwych na działanie alkoholu. Spektrum działania zgodnie z EN 14885: B, MRSA, F (C.albicans), Tbc, V (HIV, HBV, HCV, HSV, SARS-Cov-2, Rota, Noro, BVDV) w czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym. Wymagane badania zgodnie z EN 16615. Aktywność po otwarciu do 21 dni. Chusteczki o wymiarach 19x15 cm, gramatura 50g/cm². Produkt posiada badania dermatologiczne. Wymagana podwójna rejestracja: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. Opakowanie tuba 100szt, posiadające możliwość wymiany wkładów?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy „zapytania ofertowego”.

9. Czy Zamawiający wyodrębni pozycję 26 z pakietu 8 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy „zapytania ofertowego”.

10. Czy Zamawiający dopuści: sterylny zestaw osłony na głowicę USG wraz z żelem: fałd osłony foliowej z naklejką, osłona na głowicę USG w rozmiarze 15x 120cm, na osłonie zaznaczone miejsce włożenia dłoni z naklejką, osłona posiada pasek adhezyjny – nie zmienia jakości obrazowania, żel sterylny do USG, dwa rodzaje dwupunktowych mocowań osłony do głowicy, serweta rozmiar 40x40 cm?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy „zapytania ofertowego”.

11. Czy z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną w Polsce i na Świecie, zgodnie z zaleceniami Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 20.03.2020 r.:<https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-epidemicznego> oraz z uwagi na ryzyko niedostarczenia oferty i dokumentów przez kuriera w wymaganym czasie i we wskazane w SIWZ miejsce, Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty i wszelkich dokumentów w postępowaniu w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym? W przypadku wyrażenia zgody, prosimy o wskazanie sposobu złożenia oferty i dokumentów (np. poprzez platformę lub mailem, gdzie hasło do zabezpieczonych plików przekazane byłoby w oddzielnym mailu)

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy „zapytania ofertowego” zostają podtrzymane.

12. Zadanie 16, poz. 2 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie obecnie stosowanego w Państwa placówce preparatu Rotasept w opakowaniu a 2L z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

13. Zadanie 17, poz. 1 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie obecnie stosowanego w Państwa placówce preparatu Mikrozyd universal liquid a 5L.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

14. Zadanie 17, poz. 2 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie obecnie stosowanego w Państwa placówce preparatu Mikrozyd universal liquid a 1Lze spryskiwaczem.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

15. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie obecnie stosowanych u Państwa w placówce chusteczek Mikrozyd af wipes a 150 szt. w opakowaniu typu BOX z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odp. Zamawiający dopuszcza wraz z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

16. Zadanie 10 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści rękaw zakończony mankietem?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

17. Zadanie 10 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści kolor niebieski?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

18. Zadanie 11, poz. 1: czy Zamawiający wymaga 10 000 kompresów, czy 10 000 opakowań a'3 sztuki?

Odp. Zamawiający wymaga 10 000 kompresów.

19. Zadanie 11, poz. 2: czy Zamawiający wymaga 900 kompresów, czy 900 opakowań a'3 sztuki?

Odp. Zamawiający wymaga 900 kompresów.

20. Zadanie 11, poz. 3: czy Zamawiający wymaga 2000 kompresów, czy 2000 opakowań a'3 sztuki?

Odp. Zamawiający wymaga 2 000 kompresów.

21. Zadanie 12, poz. 1: czy Zamawiający dopuści plaster w rozmiarze 5,8x8cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

22. Zadanie 12, poz. 1: czy Zamawiający dopuści plaster w rozmiarze 5x7,2cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

23. Par. 9 ust. 1a umowy: czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podstawą kary umownej była wartość niedostarczonego towaru?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

24. Par. 9 ust. 1c umowy: czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podstawą kary umownej była wartość niezrealizowanej części umowy?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

25. Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Zadania produkt z Zadania 8 poz. 20 i dopuści:
Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m², nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12cm, trzykrotnie złożone, 6 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku?
lub

Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m², nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy „zapytania ofertowego”.

26. Dotyczy umowy- prosimy do paragrafu 9 dopisać na końcu ustęp 3 o treści: „Ustęp 1 paragrafu 9 obowiązuje pod warunkiem, że Zamawiający opłacił wszystkie wystawione przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego faktury w terminie do ich opłacenia”. (Aby wykluczyć hipotetycznie sytuację, w której Zamawiający nie opłaca faktur, a może równocześnie naliczać kary Wykonawcy, gdy Wykonawca już nie może nie mając zapłaty za towar dostarczać dalej towaru, co może skutkować tym, że na końcu Zamawiający może nawet za niedostarczenie towaru przez Wykonawcę z przyczyn braku zapłaty za niego przez Zamawiającego zostać obciążony karą, w której to Wykonawca będzie winny, bo np. Zamawiający zerwie umowę z Wykonawcą, bo ten nie dostarcza towaru).

lub

o dopisanie na końcu paragrafu 9 ustępu 3 o treści:

„W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo naliczania kar umownych w wysokości 0,5% kwoty z faktury za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w płatności”.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

27. Zadanie 2, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice bezpudrowe?
Odp. Zamawiający dopuszcza.
28. Zadanie 4, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści papier 110mm x 20m z odpowiednim przeliczeniem liczby rolek?
Odp. Zamawiający dopuszcza.
29. Zadanie 4, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści papier 104x40 ?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza.
30. Zadanie 4, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści papier z czerwonym nadrukiem 215x25 z odpowiednim przeliczeniem ilości rolek?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza.
31. Zadanie 7, pozycja 7 Czy Zamawiający ma na myśli pałeczkę do wymazów z wacikiem?
Odp. Zamawiający dopuszcza.
32. Zadanie 8, pozycja 4-7 Czy Zamawiający dopuści strzykawki z 10% rozszerzeniem skali?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza.
33. Zadanie 8, pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek w opakowaniu a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?
Odp. Zamawiający dopuszcza.
34. Zadanie 8, pozycja 14 Czy Zamawiający dopuści igłę 0,4x19?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza.
35. Zadanie 8, pozycja 14 Czy Zamawiający dopuści igłę 0,45x22?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza.
36. Zadanie 8, pozycja 17 Czy Zamawiający dopuści serwetę 33x48 ?
Odp. Zamawiający dopuszcza.
37. Zadanie 8, pozycja 17 Czy Zamawiający dopuści wycenę serwety w opakowaniu a'40 sztuk na rolce z odpowiednim przeliczeniem ilości ?
Odp. Zamawiający dopuszcza wraz z odpowiednim przeliczeniem ilości.
38. Zadanie 8, pozycja 17 Czy Zamawiający dopuści wycenę serwety w opakowaniu a'80 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości ?
Odp. Zamawiający dopuszcza wraz z odpowiednim przeliczeniem ilości.
39. Zadanie 8, pozycja 22 Czy Zamawiający dopuści venflon niebieski 0,9x25mm ?
Odp. Zamawiający dopuszcza.
40. Zadanie 8, pozycja 23 Czy Zamawiający dopuści venflon różowy 1,1x32mm ?
Odp. Zamawiający dopuszcza.
41. Zadanie 8, pozycja 26 Czy Zamawiający dopuści wycenę osłonek w opakowaniu a'144 sztuki z odpowiednim przeliczeniem ilości?
Odp. Zamawiający dopuszcza wraz z odpowiednim przeliczeniem ilości.
42. Zadanie 8, pozycja 28-29 Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję co umożliwi nam złożenie konkurencyjnej oferty?
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy „zapytania ofertowego”.

43. Zadanie 8, pozycja 30 Czy Zamawiający dopuści aparat bez bocznego portu?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

44. Zadanie 10, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści Kombinezon ochronny wykonany z laminatu (polipropylen i polietylen) o gramaturze 63 g/m²?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

45. Zadanie 11, pozycja 1-3 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga wyceny za 1sztukę kompresu, czy 1 opakowanie kompresów zawierające 3sztuki?

Odp. Zamawiający wymaga wyceny za 1sztukę kompresu.

46. Zadanie 13 poz. 6. Czy Zamawiający dopuści watę bawełnianą, która jest wyrobem medycznym, posiadającą 8% stawkę podatku VAT? Parametry minimalne medycznej waty bawełnianej są identyczne lub wyższe, jak w przypadku waty bawełniano - wiskozowej. Pytanie wynika z faktu, iż Zamawiający prowadzi działalność leczniczą w myśl art. 17.1 pkt 2, Ustawy o Działalności Leczniczej, która do realizacji procedur medycznych nakłada obowiązek stosowania wyrobów medycznych, a co za tym idzie Zamawiający powinien oczekiwać zaferowania wyrobu medycznego, odpowiadającego wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych i dyrektywy UE 93/42 EWG w sprawie wyrobów medycznych dopuszczonych do stosowania na terenie UE.

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Informujemy, że stanowisko Zamawiającego zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.zoz.celestynow.pl w dniu 11.05.2021r.

ZATWIERDZAM

Lech Krasieńko