

**Pismo: DKiA/2/2022/1**

## **O D P O W I E D Z I** **na zapytania**

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisów w postępowaniu prowadzonym w trybie „zapytanie ofertowe” na „*Dostawę materiałów i produktów leczniczych, sprzętu jednorazowego użytku i wyrobów medycznych*” zgodnie z wewnętrznym regulaminem do postępowań poniżej 130 000,00 zł i przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019).

Treść wspomnianych próśb jest następująca:

1. Zadanie 15 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu spełniającego zapisy zapytania na bazie mieszaniny alkoholu etylowego i izopropylowego.

***Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.***

2. Zadanie 15 poz 2

Prosimy o dopuszczenie do oceny hypoalergiczej emulsji myjącej na bazie oleju kokosowego.

***Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.***

3. Zadanie 16 poz.1.

Prosimy o potwierdzenie, że doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający oczekuje preparatu w opakowaniu a 2L z dozownikiem spełniającego wszystkie pozostałe wymogi SWZ.

***Odp. Zamawiający informuje, że wymaga zaoferowania preparatu w opakowaniu a 1L z atomizerem.***

4. Zadanie 16 poz.2.

Prosimy o potwierdzenie, że doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający oczekuje preparatu w opakowaniu a 2L z dozownikiem spełniającego wszystkie pozostałe wymogi SWZ.

***Odp. Zamawiający informuje, że wymaga zaoferowania preparatu w opakowaniu a 1L.***

5. Zadanie 17 poz.1. Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowy do użycia preparat Mikrozyd Universal Liquid, niskoalkoholowy przeznaczony do szybkiej dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych. Produkt posiada doskonałą kompatybilność materiałową, został przebadany dermatologicznie. Preparat o właściwościach myjących, jest skuteczny zgodnie z normą EN 16615 w czasie 1 minuty. Skład: 100 g preparatu zawiera: 17,4 g propan-2-ol, 12,6 g etanol (94% w/w). Spektrum działania: B, F (c. albicans), V(BVDV, Vaccinia, rota,

polyoma, HIV, HBV, HCV, noro) – 1 minuta, Tbc( m.terrae) – 5 minut. Produkt może być używany do dezynfekcji głowic sond USG. Wyrób medyczny, opakowanie a 5L.

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

6. Zadanie 17 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowy do użycia preparat Mikrozyd Universal Liquid, niskoalkoholowy przeznaczony do szybkiej dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych. Produkt posiada doskonałą kompatybilność materiałową, został przebadany dermatologicznie. Preparat o właściwościach myjących, jest skuteczny zgodnie z normą EN 16615 w czasie 1 minuty. Skład: 100 g preparatu zawiera: 17,4 g propan-2-ol, 12,6 g etanol (94% w/w). Spektrum działania: B, F (c.albicans), V(BVDV, Vaccinia, rota, polyoma, HIV, HBV, HCV, noro) – 1 minuta, Tbc( m.terrae) – 5 minut. Produkt może być używany do dezynfekcji głowic sond USG. Wyrób medyczny, opakowanie a 1L.

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

7. Zadanie 18 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści gotowe do użycia chusteczki Mikrozyd AF wiperes do szybkiej dezynfekcji powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego odpornego na działanie alkoholu, posiadające bardzo dobrą tolerancję materiałową. Skład produktu, którym nasączone są chusteczki: etanol, propan-1-ol, amfoteryczne związki powierzchniowo czynne. Spektrum: B, F(C.albicans), TBC, V(HBV, HCV, HIV, HSV, vaccinia, noro, rota) do 1 minuty, adeno do 2 minut. Rozmiar: 14 x 18 cm, pakowane po 150 szt. (BOX), z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości. Wyrób medyczny.

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

8. Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej, opatrzonej podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym Wykonawcy (osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) za pośrednictwem poczty elektronicznej?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

9. Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty drogą elektroniczną (oferta podpisana podpisem kwalifikowanym)?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

10. Zadanie 2, poz. 2: czy Zamawiający dopuści rękawice niepodudrowane?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

11. Zadanie 12, poz. 1: czy Zamawiający dopuści plaster w rozmiarze 5,8x8cm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

12. Zadanie 13 poz. 6. Czy Zamawiający dopuści watę bawełnianą, która jest wyrobem medycznym, posiadającą 8% stawkę podatku VAT? Parametry minimalne medycznej waty bawełnianej są identyczne lub wyższe, jak w przypadku waty bawełniano - wiskozowej. Pytanie wynika z faktu, iż Zamawiający prowadzi działalność leczniczą w myśl art. 17.1 pkt 2, Ustawy o Działalności Leczniczej, która do realizacji procedur medycznych nakłada obowiązek stosowania wyrobów medycznych, a co za tym idzie Zamawiający powinien oczekiwać zaferowania wyrobu medycznego, odpowiadającego wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych i dyrektywy UE 93/42 EWG w sprawie wyrobów medycznych dopuszczonych do stosowania na terenie UE.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

13. Czy w ZADANIU nr 15 poz. 1 Zamawiający dopuści preparat typu Velodes Silk stosowany obecnie przez Zamawiającego o następujących parametrach: płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk zawierający w 100 g: 63,7 g etanolu i 6,3 g propan-2-olu. Zawierający glicerynę. Spektrum bójcze: B (w tym MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), V (Vaccinia, HIV, HBV, HCV, Corona, BVDV, rota noro) - do 60 sekund. Dezynfekcja higieniczna wg. EN 1500: 2x3ml w czasie 2x15 sekund. Dezynfekcja chirurgiczna wg EN

12791: 2 x 3 ml przez 2x90 sekund. Produkt zarejestrowany jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny. Może być stosowany także do dezynfekcji powierzchni, w tym powierzchni wyrobów medycznych, preparat o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny klasy IIa oraz produkt biobójczy, preparat w opakowaniach zgodnych z SWZ ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

14. Czy w ZADANIU nr 15 poz. 2 Zamawiający dopuści preparat typu Velodes Soap stosowany obecnie przez Zamawiającego o następujących parametrach: emulsja przeznaczona do mycia rąk, skóry głowy i ciała. Bez zawartości mydła, przeznaczona dla osób z alergią i nietolerancją na produkty zawierające mydło. Produkt zawiera substancje pielęgnujące, polecany dla personelu medycznego i osób narażonych na macerację skóry w wyniku częstego mycia. Produkt polecany do mycia pacjentów z odleżynami. Skład: anionowe środki powierzchniowo czynne, amfoteryczne związki powierzchniowo czynne (betaina kokosowa). Zawiera glicerynę. Produkt przebadany dermatologicznie. Kosmetyk, preparat w opakowaniach zgodnych z SWZ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

15. Czy w ZADANIU nr 16 poz. 1 Zamawiający dopuści preparat typu Viruton Extra stosowany obecnie przez Zamawiającego o następujących parametrach: enzymatyczny koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i rotacyjnych na bazie amin, QAV. Zawierający proteazę rozkładającą białka oraz inhibitory korozji. Usuwa zaschnięte zabrudzenia organiczne, doczyszczcza zanieczyszczenia białkowe. Przeznaczony do dezynfekcji manualnej oraz w myjkach ultradźwiękowych. Zalecany do endoskopów, posiadający opinię Vimex. Wysoka tolerancja materiałowa, może być stosowany do instrumentów ze stali szlachetnej, niklu, miedzi, aluminium, porcelany, szkła, gumy, tworzyw sztucznych. Produkt posiada opinię producenta Chirmed.dot. kompatybilności materiałowej. Aktywność nieskażonego roztworu - 14 dni. Spektrum działania: bakterie, MRSA, grzyby (C.albicans), prątki (M.terrae, M.avium), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, grypa, ebola), wirus adeno w czasie do 30 minut i stężeniu 0,5%, wirus polio w czasie 15 minut i stężeniu 1%. Produkt przebadany według norm obszaru medycznego, faza 2.2, wirusy - faza 2.1, zgodnie z normą EN 14885. Wyrób medyczny klasy IIb, preparat w opakowaniach zgodnych z swz ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

16. Czy w ZADANIU nr 16 poz. 2 Zamawiający dopuści preparat TYPU Viruton Bohr stosowany obecnie przez Zamawiającego o następujących parametrach: gotowy preparat przeznaczony do jednoczesnego mycia i dezynfekcji precyzyjnych narzędzi obrotowych oraz pozostałych inwazyjnych instrumentów medycznych. Zalecany do dezynfekcji: wiertel, frezów kostnych ze stali, twardych metali, diamentów, narzędzi ściernych i polerujących takich jak: gumki silikonowe, płytki ceramiczne oraz narzędzi do leczenia kanałowego. Zawierający inhibitor korozji chroniący instrumenty ze stali i stopów metali. Posiadający bardzo dobre właściwości myjące, również w przypadku zaschniętych pozostałości organicznych. Do stosowania poprzez zanurzenie w wannie do dezynfekcji lub w myjce ultradźwiękowej. Skład: N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-dia-mina, Poli(oksyo-1,2-etanodilo),.alfa.42-(didecylmetyloamino)ety-lo]-.omega.-hyd roksy-,propanian (sól). Spektrum i czas działania: B (w tym MRSA), F (C. albicans), Tbc (M. terrae, M. avium), V (Vaccinia, BVDV, HBV, HIV, HCV, SARS, Herpes, wirus grypy typu A, Ebola, Adeno, Polio) w 15 min., wyrób medyczny klasy IIb, preparat w opakowaniach zgodnych z SWZ ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

17. Czy w ZADANIU nr 17 poz. 1 i 2 Zamawiający dopuści preparat typu Velox Spray stosowany obecnie przez Zamawiającego o następujących parametrach: gotowy do użycia środek na bazie alkoholu, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni. Skład: etanol, 2-propanol. Łączna zawartość alkoholu: 70 g w 100 g. Bez zawartości dodatkowych substancji (aminy, QAV, aldehydu, fenolu). Polecany do dezynfekcji małych powierzchni: łóżek, foteli, aparatury medycznej, szafek, blatów oraz innych trudnodostępnych powierzchni.

Zalecany do dezynfekcji mających kontakt z żywnością oraz końcówek stomatologicznych, wycisków silikonowych. Produkt posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego np. Famed (lub równoważna) w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obciowe. Posiadający pozytywną opinię CZDz. Spektrum bójcze potwierdzone badaniami z obszaru medycznego: B (MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, wirus grypy), Rota, Noro w czasie od 30 sekund do 1 minuty, przebadany zgodnie z EN 16615. Dostępny w min. dwóch wersjach zapachowych. Produkt o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny klasy IIa oraz produkt biobójczy, w opakowaniach zgodnych z swz ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

18. Czy w ZADANIU nr 18 poz. 1 Zamawiający dopuści chusteczki typu Velox Duo Wipes stosowane obecnie przez Zamawiającego o następujących parametrach: chusteczki do mycia i dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego, przeznaczone także do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Skład: etanol, propan-2-ol, bez zawartości dodatkowych substancji aktywnych. Zawartość alkoholu 70g/100 g produktu. Zalecane do dezynfekcji sprzętu medycznego: łóżek, foteli zabiegowych, aparatury medycznej i operacyjnej oraz wszelkich powierzchni nierwaźliwych na działanie alkoholu. Spektrum działania zgodnie z EN 14885: B, MRSA, F (C.albicans), Tbc, V (HIV, HBV, HCV, HSV, Rota, Noro, BVDV) w czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym. Wymagane badania zgodnie z EN 16615. Aktywność po otwarciu do 21 dni. Chusteczki o wymiarach 13x20 cm, gramatura 23g/cm<sup>2</sup>. Produkt posiada badania dermatologiczne. Chusteczki o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy, w opakowaniach zgodnych z SWZ ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

19. Zadanie 2 poz. 1

W związku z brakiem na rynku rękawic nitrylowych pudrowanych zwracamy się do Zamawiającego o możliwość złożenia oferty na rękawice nitrylowe bezpudrowe polimeryzowane.

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

20. Zadanie 2 poz. 5

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji rękawic lateksowych bezpudrowych.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

21. Zadanie 2, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice bezpudrowe?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

22. Zadanie 2, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści rękawice bezpudrowe?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

23. Zadanie 2, pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści rękawice bezpudrowe?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

24. Zadanie 4, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści papier 110mm x 20m z odpowiednim przeliczeniem liczby rolek?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

25. Zadanie 4, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści papier z czerwonym nadrukiem 214x20 z czerwoną kratką?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

26. Zadanie 7, pozycja 7 Czy Zamawiający ma na myśli pałeczkę do wymazów z wacikiem?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

27. Zadanie 8, pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek w opakowaniu a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

28. Zadanie 8, pozycja 14 Czy Zamawiający dopuści igłę 0,4x19?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

29. Zadanie 8, pozycja 14 Czy Zamawiający dopuści igłę 0,45x22?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

30. Zadanie 8, pozycja 17 Czy Zamawiający dopuści serwetę 33x48 ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

31. Zadanie 8, pozycja 17 Czy Zamawiający dopuści wycenę serwety w opakowaniu a'40 sztuk na rolce z odpowiednim przeliczeniem ilości ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

32. Zadanie 8, pozycja 18 Czy Zamawiający dopuści wycenę wzierników do otoskopu w opakowaniu a'34 szt. z przeliczeniem zaoferowanej ilości do 395 opakowań?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

33. Zadanie 8, pozycja 19 Czy Zamawiający dopuści wycenę równoważnych wzierników do otoskopu w opakowaniu a'34 szt. z przeliczeniem zaoferowanej ilości do 15 opakowań?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

34. Zadanie 8, pozycja 22 Czy Zamawiający dopuści venflon niebieski 0,9x25mm ?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

35. Zadanie 8, pozycja 23 Czy Zamawiający dopuści venflon różowy 1,1x32mm ?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

36. Zadanie 8, pozycja 26 Czy Zamawiający dopuści wycenę osłonek w opakowaniu a'144 sztuki z przeliczeniem ilości do 11 opakowań?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

37. Zadanie 8, pozycja 28-29 Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję co umożliwi nam złożenie konkurencyjnej oferty?

**Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

38. Zadanie 8, pozycja 28-29 Czy Zamawiający ma na myśli gąbkę hemostatyczną wykonaną z żelatyny wieprzowej?

**Odp. Tak.**

39. Zadanie 8, pozycja 28 Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10x10x10mm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

40. Zadanie 8, pozycja 29 Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 80x50x10mm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

41. Zadanie 8, pozycja 30 Czy Zamawiający dopuści aparat bez bocznego portu?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

42. Zadanie 11, pozycja 1-3 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga wyceny za 1 sztukę kompresu, czy 1 opakowanie kompresów zawierające 3 sztuki?

**Odp. Zamawiający prosi o wycenę za 1 sztukę.**

43. Zadanie 11, poz. 4 czy Zamawiający dopuści rękaw w rozmiarze 6, o szerokości odpowiadającej częściom ciała - głowa, ramię, podudzie, kolano oraz czy zamawiający dopuści rękaw w rozmiarze 4, o szerokości odpowiadającej częściom ciała - podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

44. Czy Zamawiający dopuści szerokość dla rozm. 4 / 25-45 mm (+/-5mm) i dla rozm. 6/40-65 mm (+/- 5 mm)? Czy zamawiający wymaga wycenę za opakowanie zawierające 25 mb w stanie roboczym?

**Odp. Zamawiający dopuszcza. Prosimy o wycenę asortymentu w stanie roboczym.**

45. Zadanie 7, poz. 1-3 czy Zamawiający wymaga opakowania papier- folia?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

46. Zadanie 8, poz. 1-3,20,30 Proszę o wydzielenie pozycji 1-3,20,30 do osobnego pakietu, gdyż pozwoli to na przedstawienie korzystnej oferty.

**Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

47. Zadanie 10, poz.2czy Zamawiający dopuści kolor niebieski? Czy Zamawiający dopuści rękaw zakończony mankietem z elastycznym ściągaczem?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Informujemy, że stanowisko Zamawiającego zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego [www.zoz.celestynow.pl](http://www.zoz.celestynow.pl) w dniu 17.05.2022r.

**ZATWIERDZAM**

*Lech Krasieńko*